



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 02.БЦ.01.000.М.000001.01.25 ОТ 14.01.2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МЕДЕНТАСТАР"
450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 18

Подразделение, получающее санитарно-эпидемиологическое заключение: рентгенодиагностический кабинет на 1-м этаже 4-х
этажного жилого здания по адресу: 450064, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 18

Тип: аппарат рентгеновский стоматологический панорамный типа PARAYA 3D Plus, зав. № GCT-824008-70422, 2022 года выпуска;

Год ввода в эксплуатацию: 2023 г.

Номинальное напряжение: $U_{ам} = 60-69$ кВ

Рабочая нагрузка: $W = 40$ мА * мин/нед

Радиационный выход: $KR = 5,6$ мГр * м2/мА мин;

Тип: установка стоматологическая рентгеновская высокочастотная X Genus DC, зав. № D09497, 2008 года выпуска;

Год ввода в эксплуатацию: 2023 г.

Номинальное напряжение: $U_{ам} = 70$ кВ

Рабочая нагрузка: $W = 40$ мА * мин/нед

Радиационный выход: $KR = 5,6$ мГр * м2/мА мин;

Характеристика ИИИ: генерирующие

Виды работ: размещение, эксплуатация рентгеновских аппаратов

Должностное лицо, ответственное за радиационную безопасность:

Директор Афанасьева Е.В., приказ от 09.01.2024 г. № 09/01-6;

Ограничительные условия: СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010), СП 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)", СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0505132